



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

11495

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

2 октября 2020 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения
Научно-технической комиссии по метрологии (№ 12-17 от 20.12.2017)
утвержден тип средств измерений

**"Измерители-регистраторы температуры и относительной влажности
автономные серии EClerk®-M",**

изготовитель - ООО "Научно-производственная компания "РЭЛСИБ",
г. Новосибирск, Российская Федерация (RU),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений
под номером РБ 03 10 6475 17 и допущен к применению в Республике
Беларусь с 20 декабря 2017 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и
является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель комитета




В.В.Назаренко

20 декабря 2017 г.

Государственный комитет
по стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

20.12.2017 №12-2017

г. Минск
заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

Повестка дня:

6. Рассмотрение вопросов признания результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 (в т.ч. продление срока действия утверждения типа), признания результатов поверки согласно ПМГ 06-2001.

6.9. СЛУШАЛИ:

Червяковскую Н.Н. (БелГИМ) – о признании результатов государственных испытаний и утверждения типа "Измерители-регистраторы температуры и относительной влажности автономные серии EClerk®-M", изготовитель – ООО "Научно-производственная компания "РЭЛСИБ", г. Новосибирск, Российская Федерация, и признании результатов поверки согласно ПМГ 06-2001.

РЕШИЛИ:

6.9.1. Признать результаты государственных испытаний и утверждения типа "Измерители-регистраторы температуры и относительной влажности автономные серии EClerk®-M", проведенных ВНИИМС, Российская Федерация.

6.9.2. Утвердить тип **"Измерители-регистраторы температуры и относительной влажности автономные серии EClerk®-M"** и зарегистрировать его в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь.

6.9.3. Выдать ООО "Научно-производственная компания "РЭЛСИБ", г. Новосибирск, Российская Федерация, сертификат об утверждении типа со сроком действия до 02.10.2020.

6.9.4. Измерители-регистраторы метрологически обеспечены в Республике Беларусь.

6.9.5. Признавать результаты первичной поверки при выпуске из производства, проводимой СНИИМ (аттестат аккредитации – №RA.RU.311579, шифр поверительного клейма – Н).

6.9.6. Поверку для Республики Беларусь проводить по документу МП 2411-0120-2015 "Измерители-регистраторы температуры и относительной влажности автономные серии EClerk®-M. Методика поверки" с изменением №1, утвержденным в 2016 г.

6.9.7. Установить межповерочный интервал – не более 12 месяцев.

Председатель

Ю.В. Задрейко

Секретарь

Н.Д. Ляхова

ВЕРНО

20.12.2017

